

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 042-2024-PMESUT

“ADQUISICIÓN DE BIENES PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS E.P DE TECNOLOGÍA MÉDICA Y ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNMSM – CP 042-2024-PMESUT”

PLIEGO DE ACLARACIONES

N°	RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE	SECCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS	NUMERAL, LITERAL	SOLICITUD DE ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 01 - DINAMOMETRO	DINAMOMETRO DIGITAL / A02	EETT indican Pantalla LCD de 4 dígitos al menos y 10mm de altura aproximadamente SE SOLICITA : Para fomentar la pluralidad de postores se solicita que la pantalla sea LCD ya que las demás características solicitadas son muy específicas e impediría la participación de diferentes marcas	No se acoge la solicitud - Ceñirse a lo señalado en las EE.TT
2	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 01 - DINAMOMETRO	DINAMOMETRO DIGITAL / A04	EETT indican Funciones de tracción, compresión, fuerza libre y retención de fuerza máxima SE SOLICITA Para fomentar la pluralidad de postores se solicita aceptar equipos con funciones de tracción y compresión como mínimo y opcionalmente fuerza libre y retención de fuerza máxima	No se acoge la solicitud - Ceñirse a lo señalado en las EE.TT
3	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 01 - DINAMOMETRO	DINAMOMETRO DIGITAL / A06	EETT indican Con botón de cero operado en función de fuerza libre o fuerza máxima. SE SOLICITA Se solicita que esta característica sea opcional para fomentar la pluralidad de marcas.	No se acoge la solicitud - Ceñirse a lo señalado en las EE.TT
4	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 01 - DINAMOMETRO	DINAMOMETRO DIGITAL / A07	EETT indican Unidades de medición: KG / LB / NEWTON SE SOLICITA Se solicita que se acepten unidades de medición mínimo Kg y libras y Newton sea opcional, para fomentar la pluralidad de postores.	No se acoge la solicitud - Ceñirse a lo señalado en las EE.TT
5	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 01 - DINAMOMETRO	DINAMOMETRO DIGITAL / A08	EETT indican Capacidad máxima de 20kg SE SOLICITA Se solicita que la capacidad máxima sea de 20 kg o mayor, para fomentar la pluralidad de postores.	VER PLIEGO DE ENMIENDAS N° 01
6	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 01 - DINAMOMETRO	DINAMOMETRO DIGITAL / A15	EETT indican Salida de datos a PC SE SOLICITA Se solicita que esta característica sea opcional para fomentar la pluralidad de postores	No se acoge la solicitud - Ceñirse a lo señalado en las EE.TT

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 042-2024-PMESUT

“ADQUISICIÓN DE BIENES PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS E.P DE TECNOLOGÍA MÉDICA Y ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNMSM – CP 042-2024-PMESUT”

PLIEGO DE ACLARACIONES

N°	RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE	SECCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS	NUMERAL, LITERAL	SOLICITUD DE ACLARACIÓN	RESPUESTA
7	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 01 - DINAMOMETRO	DINAMOMETRO DIGITAL / B1	EETT REQUISITOS DE ENERGIA indican Alimentación con 6 pilas de 1.5v o adaptador de 9v dc. SE SOLICITA Se solicita que la alimentación sea de 6 pilas o pilas según cada fabricante, para fomentar la pluralidad de postores.	VER PLIEGO DE ENMIENDAS N° 02
8	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 01 - DINAMOMETRO	DINAMOMETRO DIGITAL / Plazo de entrega	EETT El proveedor deberá entregar los bienes en 30 días calendario SE SOLICITA Se solicita que el plazo de entrega sea de 60 días ya que son equipos importados y por la cantidad solicitada es difícil que un proveedor cuente con las 19 unidades en stock.	VER PLIEGO DE ENMIENDAS N° 03

Lima, 04 de octubre de 2024